

Na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Tykocińskiej 34

zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Na: Zakup cyfrowego aparatu RTG

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33.10.00.00-1

51.41.10.00-6

51.61.00.00-1

80.51.10.00-9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zatwierdził dnia 15.05.2020 r.

Dyrektor SZPZLO Warszawa-Targówek

Marcin Jakubowski

DYREKTOR

Marcin Jakubowski

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
ul. Tykocińska 34
03-545 Warszawa

Tel. 22 518-26-41, faks 22 518-26-44

REGON: 145950090

NIP: 524-27-48-756

www.zoxtargowek.waw.pl

e-mail: sekretariat@zoxtargowek.waw.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39-46) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup cyfrowego aparatu RTG.

b) Klasyfikacja Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

51.41.10.00-6 Usługi instalowania sprzętu obrazującego

51.61.00.00-1 Usługi instalowania urządzeń komputerowych i przetwarzania informacji

80.51.10.00-9 Usługi szkolenia personelu

c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik NR 1A, uwzględniający wymogi i parametry techniczno-użytkowe.

1. Oferowane wyroby stanowiące przedmiot zamówienia winny spełniać wymagania prawne dotyczące dopuszczenia do obrotu na rynku UE, oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty i świadectwa rejestracji dotyczące przedmiotu objętego niniejszą SIWZ, zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (T.j. Dz. U. 2019, poz. 175) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215 poz. 1416).
2. Urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia muszą posiadać znak CE, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (T.j. Dz. U. 2019, poz. 544).
3. Wymagany termin gwarancji z serwisem całości przedmiotu zamówienia wynosi minimalnie 24 miesiące.
4. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia wskazanego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi urządzeń i oprogramowania. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obie strony.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych (oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wszelkie wymagania Zamawiającego o wszystkich parametrach nie gorszych niż te określone w SIWZ, tzn. takich, które gwarantują zachowanie tych samych norm, parametrów i standardów), jeżeli z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaku towarowego, pochodzenia lub patentu oraz w zakresie wskazanym w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień Publicznych.
6. Wykonawca zobowiązuje się, że zawiadomi Zamawiającego pisemnie (faksem, drogą elektroniczną lub pocztową) z dwudniowym (dni robocze) wyprzedzeniem o planowanym terminie dostawy, instalacji a następnie uruchomienia sprzętu oraz uzgodni termin szkolenia pracowników Zamawiającego.
7. W ramach oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich prac adaptacyjnych koniecznych do zainstalowania nowego oprogramowania. Zalecana wizja lokalna.
8. Zgodnie z art. 24aa ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia w terminie do 12 tygodni od dnia udzielenia zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:

1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie określił szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
2. Posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, co oznacza, że w ciągu ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę i usługę, których przedmiotem była lub jest dostawa i instalacja minimum 3 cyfrowych aparatów RTG, o wartości co najmniej 500 000 zł. Netto każdy.

Warunek powyższy zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży: wykaz dostaw i usług wykonanych w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia. (ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ), wraz z dowodami potwierdzającymi, że dostawy i usługi, o których mowa powyżej zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone i rozliczone - referencje / poświadczenie zamawiającego (min. 3).

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, to znaczy:
 - posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową OC, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia nie mniejszą niż 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych). Polisa powinna potwierdzać ochronę ubezpieczeniową Wykonawcy do wysokości sumy gwarancyjnej z tytułu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Z przedłożonych dokumentów winno bezspornie wynikać, iż polisa jest opłacona poprzez jednoznaczny na niej zapis lub dowód opłacenia przelewem lub do kasy.
 - Przekazał wadium w pełnej wysokości.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania im do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wymagania te musi spełniać łącznie przynajmniej jeden uczestnik konsorcjum.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1. Celem potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. Ustawy Prawo zamówień publicznych ściśle według formularza – **ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ** (należy dołączyć do oferty),
- 2) Oświadczenie o korzystaniu z zasobów podmiotu drugiego, o ile dotyczy (należy dołączyć do oferty).
- 3) Wykaz dostaw i usług, których przedmiotem była lub jest dostawa i instalacja niezbędnego sprzętu wraz oprogramowaniem do ucyfrowienia aparatu mammografii, w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawy / usługi te zostały wykonane w sposób należyty, **ZAŁĄCZNIK Nr 5 do SIWZ**. (należy dołączyć do oferty)
- 4) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ. Z przedłożonych dokumentów winno bezspornie wynikać, iż polisa jest opłacona poprzez jednoznaczny na niej zapis lub dowód opłacenia przelewem lub do kasy. (należy dołączyć do oferty)
- 5) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. VI.2. SIWZ.

2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art 24 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z **ZAŁĄCZNIKIEM Nr 3 do SIWZ** (należy dołączyć do oferty).
- 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (na wezwanie)

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- 1) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 191 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- 3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy.
- 4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. VI.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. VI.3.2 stosuje się odpowiednio.

Pozostałe dokumenty wymagane do skutecznego złożenia oferty:

1. Wypełniony Formularz Ofertowy - według **ZAŁĄCZNIKA Nr 1 do SIWZ**.
2. Pełnomocnictwo umocowujące przynajmniej w zakresie podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów, załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3. Dowód wpłaty wadium zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ.

Wymagania dotyczące oferowanych dostaw:

1. Wykonawca zaproponuje dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ (na wezwanie).
2. Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. posiadać znak CE (jeżeli ocena zgodności była przeprowadzona z udziałem jednostki notyfikowanej, obok znaku CE umieszcza się jej numer seryjny)

Na potwierdzenie Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, dostarczy na wezwanie Zamawiającego aktualny dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu w kraju –zgodnie z obowiązującym prawem np. CE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oznakowane CE dla którego wystawiono deklarację zgodności. Dokument musi być w języku polskim lub przetłumaczony na język polski (na wezwanie).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie pocztą (SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa), za pomocą faksu (22 518-26-44) lub drogą elektroniczną (sekretariat@zoztargowek.waw.pl).

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji.

Wszelkie przekazywane dokumenty winny być opatrzone nazwą postępowania, którego dotyczą.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są:

W zakresie SIWZ: Pani Agnieszka Kubicz – tel. 22 518-26-41,

Pan Daniel Pergoł – tel. 22 518-26-47

W zakresie wizji lokalnej na terenie:

Przychodni, ul. Poborzańska 6: Pani Maria Rosłońska – tel. 22 519-85-59

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: SZPZLO Warszawa-Targówek, Pekao S.A. nr: 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094, w tytule przelewu należy powołać się na nazwę przetargu, nr sprawy, oraz podać nazwę banku i numer swojego konta, na które należy zwrócić wadium.
5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku

bankowym.

6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądź, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oryginalnego dokumentu, wystawionego przez uprawniony organ, potwierdzającego wysokość wymaganego wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą oraz postanowieniami niniejszej SIWZ.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
3. Oferta - pod rygorem odrzucenia - musi być sporządzona w formie pisemnej: napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz powinna być podpisana przez uprawnionego lub uprawnionych lub upoważnionego lub upoważnionych przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej przedsiębiorstwa Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty). Jeżeli Wykonawca nie jest osobą fizyczną lub jest osobą fizyczną, ale działa przez pełnomocnika, jest zobowiązany wykazać poprzez stosowny dokument (np. odpis z rejestru i ewentualne pełnomocnictwo) prawo do reprezentowania Wykonawcy przez osobę lub osoby podpisane pod ofertą i oświadczeniami.
4. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, musi być ona koniecznie opatrzona zapisem - „za zgodność z oryginałem” i być podpisana zgodnie z wymaganiami pkt. X.3. SIWZ.
5. Oferta winna być sporządzona według Formularza Ofertowego, stanowiącego **ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ** i **ZAŁĄCZNIK Nr 1A do SIWZ**.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były zszyte w kolejności wskazanej w Formularzu Ofertowym, w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
7. Każda kolejna zapisana strona oferty musi być opatrzona kolejnym numerem, według wzoru: kolejny numer strony i liczba wszystkich stron.
8. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane własnoręcznie przez osobę lub osoby podpisujące ofertę, zgodnie z wymaganiami pkt X. 3 SIWZ pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem i wycofaniem oferty.

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
- 1) Wykonawcy, występujący wspólnie, ustanawiają PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, upoważnienie to musi być udokumentowane oryginalnym notarialnym pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców, z uwzględnieniem oświadczenia o poddaniu się solidarnej odpowiedzialności wszystkich wspólnie występujących Wykonawców oraz przedłożeniem jednej opłaconej polisy ubezpieczeniowej,
 - 2) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako Pełnomocnik z podaniem adresu do doręczeń korespondencji pocztowej, elektronicznej oraz numer faksu,
 - 3) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oraz że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
 - 4) w przypadku, gdy przedmiotem postępowania jest zamówienie, do którego wykonania ustawowo jest wymagane posiadanie koncesji lub zezwoleń na prowadzenie działalności, każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi wykazać, iż posiada takie zezwolenie lub koncesję,
 - 5) w przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. W przypadku niezgodności umowy konsorcjum lub działania wspólnego, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę takiego Wykonawcy lub Wykonawców działających wspólnie lub jako konsorcjum,
 - 6) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie,
 - 7) wymaga się, aby oferta była złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert - zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę wraz z wszystkimi załącznikami w kopercie, która będzie zaadresowana następująco:

SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 - 545 Warszawa
Oferta na:

ZAKUP CYFROWEGO APARATU RTG

Nie otwierać przed dniem 22.05.2020 r. godz. 10:00

oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę bez otwierania w przypadku złożenia jej po terminie.

- 8) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę, poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczęowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu X. SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”,
- 9) Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przygotowanego, opieczęowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami punktu X. SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”,
- 10) Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom i nie będą podlegały ocenie merytorycznej.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Miejsce składania ofert: sekretariat SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 – 545 Warszawa.
2. **Termin złożenia oferty upływa w dniu 22.05.2020 roku o godz. 10:00**, a decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu ma data i godzina wpływu oferty.
3. Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego – sekretariat SZPZLO Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 – 545 Warszawa.
4. **Termin otwarcia ofert: 22.05.2020 roku o godz. 10:30.**

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca winien obliczyć cenę oferty, zgodnie z Formularzem Ofertowym. Wszystkie wartości Wykonawca zobowiązany jest kalkulować i wpisywać w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, zakładany zysk, należne podatki, koszt ubezpieczenia obowiązkowego, opakowania, ewentualne upusty i inne, jeśli występują.
2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena za przedmiot zamówienia obejmuje koszty wszystkich robót, których wykonanie jest konieczne do realizacji zamówienia i osiągnięcia przez przedmiot zamówienia zdolności do eksploatacji, nawet, jeżeli dokumentacja przetargowa nie wymienia wyraźnie tych prac, jak również wszelkie inne koszty mogące wynikać z realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w SIWZ, jak i w projekcie umowy, który stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ. Dla prawidłowego obliczenia ceny zaleca się szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją przetargową, a także przeprowadzenie wizji lokalnej.
3. Cenę ryczałtową obliczoną według powyższych zasad Wykonawca wpisuje do Formularza Ofertowego, stanowiącego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ.

4. Nie przewiduje się zmiany ceny, tzn. wskazana cena ryczałtowa będzie wartością stałą, w okresie realizacji przedmiotu zamówienia za całość przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadków wynikających z treści wzoru umowy stanowiącego integralną część SIWZ.
5. Płatność nastąpi, po odebraniu całości zamówienia, w terminie płatności określonym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, liczonym od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, wraz z załączonym protokołem odbioru.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Ocena oferty = cena stanowiąca 60 % znaczenia (C) + technika stanowiąca 30 % znaczenia (T) + termin realizacji zamówienia stanowiący 10 % znaczenia (R)

1. Cena (C) liczona będzie według wzoru:
$$C = (C_n : C_b) \times 60 \text{ pkt.}$$

C – liczba przyznanych punktów w kryterium cena
C_n – cena oferty najniższej
C_b – cena oferty badanej
2. Technika (T):
Zgodnie z punktacją z zestawienia parametrów technicznych i warunków, jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia:
≤ 8 tygodni – 10 pkt.
> 8 i ≤ 11 tygodni – 5 pkt.
> 11 tygodni – 0 pkt.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w formie elektronicznej, wraz z zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty, o terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. 1, jeżeli w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać ze sobą oryginały dokumentów potwierdzających ich tożsamość oraz umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu:
 - 1) wykaz podwykonawców i ich dalszych podwykonawców przewidzianych do realizacji umowy zgodnie z ofertą,
 - 2) umowę konsorcjum w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożyli najkorzystniejszą ofertę.

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SIWZ.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie – Prawo Zamówień Publicznych, przysługuje środek ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

XVII. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO (zgodne z innymi zapisami SIWZ):

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z procedurą opisaną w SIWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów za inwentaryzację, przygotowanie dokumentacji, przygotowanie kosztorysu ofertowego i innych elementów składowych oferty.

XVIII. INFORMACJA O WALUCIE.

Cena wyrażona ma być w złotych polskich, wszelkie rozliczenia z Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.

XIX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoztargowek.waw.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również pod adresem: SZPZLO Warszawa – Targówek, ul. Tykocińska 34, 03 - 545 Warszawa.
2. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.
3. Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

XX. ZAŁĄCZNIKI:

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 | - | FORMULARZ OFERTOWY |
| 2. ZAŁĄCZNIK NR 1A | - | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW |
| 3. ZAŁĄCZNIK NR 2 | - | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |
| 4. ZAŁĄCZNIK NR 3 | - | OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |
| 5. ZAŁĄCZNIK NR 4 | - | WZÓR UMOWY |
| 6. ZAŁĄCZNIK NR 5 | - | WYKAZ DOSTAW I USŁUG |

<p>(pieczęć Wykonawcy)</p>	<h2>Formularz Ofertowy</h2>
----------------------------	-----------------------------

Zamawiający:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
ul. Tykocińska 34
03-545 Warszawa

Składając ofertę w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Zakup cyfrowego aparatu RTG” – nr postępowania: 3/ZP/2020

my niżej podpisani:

Wykonawca (1):

adres ul.

kod, miasto, kraj

nr telefonów, nr faksu

NIP, REGON

adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym):

Wykonawca 2 *:

adres ul.

kod, miasto, kraj

nr telefonów, nr faksu

NIP, REGON

adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym):

Pełnomocnik ** do reprezentowania Dostawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia publicznego:

adres ul.

kod, miasto, kraj

nr telefonów, nr faksu

NIP, REGON

adres e-mail (do kontaktów z Zamawiającym):

** Wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie Zamówienia publicznego*

1. **SKŁADAMY OFERTE** na wykonanie przedmiotu Zamówienia publicznego zgodnie z treścią SIWZ.
2. **OŚWIADCZAMY, że:**
 - 1) **nie podlegamy wykluczeniu,**
 - 2) **spełniamy warunki udziału w postępowaniu określonej niniejszą SIWZ.**
3. **OŚWIADCZAMY, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.**
4. **OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania.**
5. **OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Projektem Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji.**
6. **OFERUJEMY realizację Zamówienia zgodnie z treścią SIWZ na warunkach określonych w SIWZ:**

cena netto **PLN**

(słownie:)

VAT % **PLN**

(słownie:)

cena brutto **PLN**

(słownie:)

Termin realizacji zamówienia wynosi

Termin płatności wynosi dni.

7. **OŚWIADCZAMY, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania Zamówienia.**
8. **OŚWIADCZAMY, że brak jest wobec Wykonawcy prawomocnego wyroku skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny.**
9. **OŚWIADCZAMY, że brak jest wobec Wykonawcy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym.**
10. **OŚWIADCZAMY, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. u. nr 9, poz. 31 z późn. zm.).**
11. **OŚWIADCZAMY, że Zamówienie zrealizujemy w terminie wskazanym w SIWZ oraz Projekcie Umowy.**
12. **OŚWIADCZAMY, że Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale następujących podwykonawców*:**

a) (nazwa [firma] podwykonawcy),

w zakresie następujących czynności:

b) (nazwa [firma] podwykonawcy),

w zakresie następujących czynności:

**** Niepotrzebne skreślić. W przypadku braku skreślenia i niewypełnienia pola, Zamawiający uzna, że Dostawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zakresu oferowanego Zamówienia.**

13. **OŚWIADCZAMY**, że w przypadku, gdy realizacja prac będzie wymagała udziału Podwykonawców, będziemy w pełni odpowiedzialni za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy.
14. **OŚWIADCZAMY**, że jesteśmy związani ofertą przez okres **30 dni** licząc od terminu składania ofert.
15. **OŚWIADCZAMY**, że przedstawiciel Wykonawcy w dniu dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem realizacji zamówienia oraz warunkami tam występującymi, których uwzględnienie niezbędne jest dla prawidłowego przygotowania i wyliczenia ceny oferty.
16. **WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ** w sprawie niniejszego Postępowania należy kierować na adres:
.....
17. **OSOBA** upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest
18. **OFERTĘ** niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
19. **W ZAŁĄCZENIU** do oferty przedkładamy komplet nw. dokumentów:
- 1) zestawienie parametrów technicznych i warunków jakie musi spełniać oferowany przedmiot zamówienia – załącznik do formularza ofertowego,
 - 2)
 - 3)
 - 4)

....., dnia 2020 r.

.....
*czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy*

****niepotrzebne skreślić**

**ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SIWZ: ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI
SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZ OFERTOWEGO**

1. **CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z LAMPĄ RTG NA KOLUMNIE PODŁOGOWEJ – 1szt.**

L.p.	OPIS PARAMETRÓW	WYMAGANE WARTOŚCI GRANICZNE	WARTOŚCI, PARAMETRY, DANE TECHNICZNE (wypełnia Wykonawca)	PUNKTACJA
CYFROWY APARAT RENTGENOWSKI Z LAMPĄ RTG NA KOLUMNIE PODŁOGOWEJ				
1.	Producent	Podać		Bez punktacji
2.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
3.	Aparat RTG fabrycznie nowy, rok produkcji 2020	Tak/Podać		Bez punktacji
4.	Aparat z 2 detektorami cyfrowymi, w tym jeden detektor bezprzewodowy	TAK		Bez punktacji
5.	Deklaracja zgodności na oferowany aparat cyfrowy w całości jako wyrób medyczny	TAK, dołączyć na wezwanie		Bez punktacji
6.	Wszystkie podstawowe elementy aparatu (co najmniej: generator , detektory, stół, stojak płucny, kolumna zawieszenia lampy) wyprodukowane przez jednego producenta	TAK, podać		Bez punktacji
7.	Aparat z jedną konsolą operatora do sterowania generatorem oraz cyfrowymi detektorami (obróbka obrazu)	TAK		Bez punktacji
8.	Detektory w pełni zintegrowane z aparatem na etapie jego produkcji przez producenta aparatu RTG oraz objęte jedną deklaracją zgodności w ramach kompletnego aparatu RTG	TAK, dołączyć na wezwanie		Bez punktacji

GENERATOR			
9.	Typ / Model	Podać	Bez punktacji
10.	Częstotliwość pracy generatora	≥ 150 kHz	≥200 kHz – 2 pkt <200 kHz – 0 pkt
11.	Moc wyjściowa generatora	≥ 50 kW, podać	Bez punktacji
12.	Zakres napięcia roboczego	40 – 150 kV	Bez punktacji
13.	Minimalny czas ekspozycji	≤ 1 ms	Bez punktacji
14.	Maksymalny czas ekspozycji	≥ 6000 ms	Bez punktacji
15.	Zakres miliamperów min.	10 – 600 mA	Bez punktacji
16.	Zakres miliamperosekund min.	0,1-600 mAs	Bez punktacji
17.	Możliwość przypisania maksymalnej wartości obciążenia prądowo-czasowego do każdego programu anatomicznego z osobną (tzw. backup mAs dla każdej zaprogramowanej projekcji)	TAK	Bez punktacji
18.	Automatyczna kontrola ekspozycji	TAK	Bez punktacji
19.	Ręczny dobór parametrów ekspozycji	TAK	Bez punktacji
20.	Tryb programów anatomicznych zintegrowany z menu wyboru projekcji w systemie akwizycji obrazu DR	TAK	Bez punktacji
21.	Synchronizacja nastaw programów anatomicznych z generatorem	TAK	Bez punktacji

22.	Autodiagnostyka generatora z komunikatami o błędach na konsoli operatora	TAK		Bez punktacji
23.	Zasilanie trójfazowe	400 V/ 50 Hz		Bez punktacji
LAMPA RTG, KOLIMATOR				
24.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
25.	Wielkość małego ogniska	≤ 0,6 mm, podać		Bez punktacji
26.	Moc małego ogniska	≥ 25 kW, podać		Bez punktacji
27.	Wielkość dużego ogniska	≤ 1,2 mm, podać		Bez punktacji
28.	Moc dużego ogniska	≥ 75 kW, podać		Bez punktacji
29.	Pojemność cieplna anody	≥ 300 KHU, podać		Bez punktacji
30.	Pojemność cieplna kołpaka	≥ 1200 KHU, podać		Bez punktacji
31.	Rzeczywiste obroty anody	≥ 8500 obr./ min., podać		Bez punktacji
32.	Automatyka zabezpieczenia lampy przed przegrzaniem	TAK		Bez punktacji
33.	Monitorowanie poziomu wykorzystania pojemności cieplnej lampy (wyświetlanie w % na stacji technika)	TAK		Bez punktacji
34.	Miernik dawki zintegrowany z kolimatorem. Prezentacja wartości dawki na konsoli operatora (stacja technika) z zapisem w pliku Dicom	TAK		Bez punktacji
35.	Kolimacja manualna	TAK		Bez punktacji

36.	Obrót kolimatora	+/- 90°, podać		Bez punktacji
37.	Dotykowy, czytelny panel LCD min 8" na kołpaku z możliwością zmiany warunków ekspozycji i pola komory układu ACE, wybór miejsca pracy (stół, statyw, wolna ekspozycja), funkcją wyświetlania obrazu/badania wraz z możliwością akceptacji lub odrzucenia badania, wyświetlanie kąta obrotu lampy, wyświetlanie odległości SID (lampa - detektor)	TAK, podać		Bez punktacji ≤ 10" - 0 pkt > 10" - 2 pkt
38.	Dotykowy panel LCD na kołpaku pozwalający na wyświetlenie danych o badaniu, godzinie i dacie oraz pacjencie (imię i nazwisko)	TAK		Bez punktacji
39.	Dotykowy panel LCD z możliwością pionowego odczytu w momencie kiedy lampa z kołpakiem obrócona jest o 90° np. zdjęcie z użyciem statywu płucnego	TAK		Bez punktacji
40.	Sygnalizacja odległości lampa-detektor (SID) przy badaniu na stojaku płucnym	TAK		Bez punktacji
41.	Miarka centymetrowa	TAK		Bez punktacji
42.	Wskaźnik laserowy	TAK		Bez punktacji
43.	Filtry utwardzające promieniowanie rentgenowskie; 2,0mm Al, 1mmAl+0,1mmCu, 1mmAl+0,2mmCu, zabudowane w kolimatorze nie przesłaniające podświetlenia pola ekspozycyjnego	TAK, podać		Bez punktacji
RUCHOMA KOLUMNNA LAMPY				
44.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
45.	Kolumna podłogowa, wolnostojąca, niezintegrowana ze stołem	TAK		Bez punktacji

46.	Możliwość wykonywania badań na stojaku płucnym promieniem poziomym na wysokości poniżej poziomu blatu stołu	TAK		Bez punktacji
47.	Zakres ruchu wzdłużnego lampy RTG	≥ 240 cm, podać		Bez punktacji
48.	Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi	≤ 40 cm, podać		≥ 38 ≤ 40 cm – 0 pkt ≤ 36 – 2 pkt
49.	Maksymalna wysokość ogniska lampy od podłogi	≥ 180 cm, podać		Bez punktacji
50.	Zakres ruchu poprzecznego lampy RTG	≥ 20 cm, podać		Bez punktacji
51.	Obrót kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej (od pozycji środkowej)	≥ +/- 120°, podać		Bez punktacji
52.	Obrót kolumny wokół osi pionowej(od pozycji środkowej)	≥ +/- 180°, podać		Bez punktacji
53.	Możliwość odchylenia kołpaka z lampą RTG od osi poziomej min. -15° - +40°	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt
54.	Zmotoryzowany ruch kolumny w pionie	TAK		Bez punktacji
55.	Autopozycjonowanie kolumny z lampą do zadanej odległości SID (lampa rtg – detektor w stole)	TAK		Bez punktacji
STÓŁ Z PEŁYWAJĄCYM, PODNOSZONYM BLATEM				
56.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
57.	Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa	TAK, podać		Bez punktacji
58.	Szerokość blatu	≥ 85 cm, podać		< 90 cm – 0 pkt ≥ 90cm – 2 pkt
59.	Długość blatu	≥ 215 cm, podać		< 220 cm – 0 pkt ≥ 220cm – 2 pkt

60.	Zakres ruchu poprzecznego blatu	≥ 25 cm, podać	≤ 30cm - 0pkt > 30cm - 2 pkt
61.	Zakres ruchu wzdłużnego blatu	≥ 75 cm, podać	Bez punktacji
62.	Najwyższe położenie blatu stołu od podłogi	≥ 80 cm, podać	Bez punktacji
63.	Najniższe położenie blatu stołu od podłogi	≤ 55 cm, podać	Bez punktacji
64.	Kratka przeciwrzproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć z odległości SID = 100 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1	TAK	Bez punktacji
65.	Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrzproszeniowej (bez użycia narzędzi)	TAK	Bez punktacji
66.	Dopuszczalne obciążenie stołu przez pacjenta z zachowaniem wszelkich funkcji pozycjonowania	≥250 kg, podać	≥ 280 kg - 2 pkt < 280 kg - 0 pkt
67.	Blat stołu całkowicie płaski, bez widocznych ram utrudniających przemieszczanie pacjenta i dezynfekcję blatu	TAK/NIE	NIE - 0 pkt TAK - 1 pkt
68.	Odległość powierzchnia płyty stołu-kaseta	≤ 80mm	Bez punktacji
69.	Pochłaniałość blatu stołu RTG	≤ 1 mm Al	Bez punktacji
70.	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu przyciskami nożnymi	TAK	Bez punktacji
71.	Realizacja funkcji przemieszczania blatu stołu pilotem lub przyciskami ręcznymi	TAK	Bez punktacji
72.	Wyłącznik zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem blokad ruchu blatu stołu	TAK	Bez punktacji
73.	System antykolizyjny wyłączający pionowy ruch blatu po napotkaniu przeszkody	TAK	Bez punktacji

74.	Szuflada na detektor bezprzewodowy Wi-Fi z funkcją zasilania/ladowania detektora. Detektor zaczyna ładować się automatycznie po włożeniu do szuflady	TAK		Bez punktacji
75.	Uchwyt do zdjęć promieniem poziomym	TAK		Bez punktacji
76.	Uchwyty dla rąk po dwóch stronach blatu	TAK		Bez punktacji
STOJAK DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH				
77.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
78.	Automatyczna kontrola ekspozycji min. trzypolowa	TAK, podać		Bez punktacji
79.	Najniższe położenie punktu centralnego detektora w stojaku	≤ 40 cm, podać		> 36 cm – 0 pkt ≤ 36 – 1 pkt
80.	Zakres ruchu pionowego detektora	≥ 150 cm, podać		Bez punktacji
81.	Możliwość wykonywania badań odległościowych o zakresie 110-180cm	TAK		Bez punktacji
82.	Kratka przeciwrozproszeniowa umożliwiająca wykonanie zdjęć płuc z odległości SID = 180 cm, gęstość kratki 40 linii/cm, współczynnik kratki 10:1	TAK		Bez punktacji
83.	Ręczne wyjmowanie kratki przeciwrozproszeniowej (bez użycia narzędzi)	TAK		Bez punktacji
84.	Zlokalizowany na kolumnie statywu do zdjęć odległościowych czytelny wyświetlacz podający min. dane pacjenta oraz informację czy w statywie znajduje się kratka przeciwrozproszeniowa	TAK/NIE		NIE – 0 pkt TAK – 1 pkt
85.	Trwałe oznaczenie obszaru aktywnego detektora oraz położenia komór jonizacyjnych systemu AEC	TAK		Bez punktacji
86.	Odległość płyta statywu - kasetą	≤ 45 mm		Bez punktacji

87.	Pochłaniałość płyty statywu	≤ 1,0 mm Al		Bez punktacji
88.	Autopozycjonowanie kolumny z lampą do punktu centralnego Bucky	TAK		Bez punktacji
89.	Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT	TAK		Bez punktacji
90.	Blokowanie wysokości pulpitu Bucky za pomocą hamulca elektromagnetycznego	TAK		Bez punktacji
91.	Szuflada na detektor bezprzewodowy Wi-Fi z funkcją zasilania/ladowania detektora. Detektor zaczyna ładować się automatycznie po włożeniu do szuflady	TAK		Bez punktacji
CYFROWY PŁASKI DETEKTOR W STATYWIE				
92.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
93.	Materiał warstwy scyntylacyjnej CsI (jodek cezu)	TAK		Bez punktacji
94.	Rozmiar aktywny detektora min. 42 x 42 cm	TAK, podać		Bez punktacji
95.	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli	≥ 9 mln, podać		Bez punktacji
96.	Rozdzielczość detektora	≥ 3,6 lp/mm, podać		Bez punktacji
97.	Rozmiar piksela	≤ 145 μm, podać		≥ 140 ≤ 145 μm – 0 pkt < 140 μm – 5 pkt
98.	Głębokość akwizycji	≥ 16 bit, podać		Bez punktacji
99.	DQE	≥ 70 %, podać		Bez punktacji
100.	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤ 4s	TAK, podać		Bez punktacji

CYFROWY BEZPRZEWODOWY PŁASKI PRZENOŚNY DETEKTOR W STOLE			
Typ / Model	Podać		Bez punktacji
101.			Bez punktacji
102.	TAK		Bez punktacji
103.	TAK		Bez punktacji
104.	≥ 160 kg, podać		Bez punktacji
105.	≥ 100 kg, podać		Bez punktacji
106.	≤ 3,2 kg, podać		Bez punktacji
107.	35 x 43 cm ± 1 cm, podać		Bez punktacji
108.	< 15 mm, podać		Bez punktacji
109.	≥ 7 mln, podać		Bez punktacji
110.	≤ 145 μm, podać		≥ 140 ≤ 145 μm – 0 pkt < 140 μm – 5 pkt
111.	≥ 16 bit, podać		Bez punktacji
112.	≥ 70 %, podać		Bez punktacji
113.	≥ 3,6 lp/mm, podać		Bez punktacji
114.	TAK		Bez punktacji

115.	Maksymalna ilość ekspozycji na jednym naładowaniu	≥ 300		Bez punktacji
116.	Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s	TAK, podać		Bez punktacji
117.	Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewniająca ochronę przed wnikaniem wody i pyłu min. IP57	TAK, podać		Bez punktacji
KONSOLA OPERATORA APARATU RENTGENOWSKIEGO				
118.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
119.	Obsługa aparatu zintegrowana w jednej konsoli do sterowania generatorem i systemem obrazowania cyfrowego	TAK		Bez punktacji
120.	Kolorowy, płaski monitor dotykowy o rozdzielczości min. 1280x1024 pikseli do sterowania generatorem i systemem obrazowania cyfrowego	≥ 22"		Bez punktacji
121.	Stacja technika z komputerem minimum czterordzeniowym procesorem, 8 GB RAM, dysk min. 500GB, system operacyjny, oprogramowanie systemowe	TAK		Bez punktacji
122.	Możliwość obsługi za pomocą klawiatury i myszy	TAK		Bez punktacji
123.	Oprogramowanie konsoli w całości w języku polskim wraz z systemem pomocy kontekstowej i polskimi znakami	TAK		Bez punktacji
124.	Wprowadzanie danych pacjenta za pomocą klawiatury i monitora dotykowego bezpośrednio na stanowisku oraz z systemu RIS z pomocą systemu Dicom Worklist	TAK		Bez punktacji
125.	Logowanie do konsoli operatora poprzez indywidualne konto użytkownika zabezpieczone hasłem min. 5 kont	TAK		Bez punktacji
126.	Podział użytkowników systemu na minimum 3 grupy o różnym poziomie dostępu do funkcjonalności	TAK		Bez punktacji
127.	Oprogramowanie umożliwiający przypisywanie konkretnym projekcjom warunków ekspozycji, zaczerpnięcia, ostrości i dynamiki obrazów	TAK		Bez punktacji

128.	Wybór ustawienia pacjenta (np. AP, bok, np.)	TAK		Bez punktacji
129.	Ilość obrazów w pamięci (w pełnej matrycy)	≥ 1000 obrazów		Bez punktacji
130.	Regulacja okna obrazu, jasności, kontrastu	TAK		Bez punktacji
131.	Blendowanie (czarne maskowanie tła) wielokątowe, ręczne z możliwością zmiany powierzchni i automatyczne	TAK		Bez punktacji
132.	Funkcja obrotu o dowolny kąt, powiększenie i odbicia obrazu	TAK		Bez punktacji
133.	Funkcja pozytywny - negatyw	TAK		Bez punktacji
134.	Wprowadzanie danych pacjenta przy pomocy czytnika kodów kreskowych	TAK		Bez punktacji
135.	Pomiary długości, kątów, kątów Cobba	TAK		Bez punktacji
136.	Zarządzanie bazą wykonanych badań oraz listą pacjentów	TAK		Bez punktacji
137.	Możliwość przypisania różnych kolorów pacjentom na liście roboczej w zależności od statusu badania np.: - zaplanowany - rozpoczęty - otrzymany - aktualizacja nie powiodła się - zakończono	TAK		Bez punktacji
138.	Funkcja wprowadzania: - pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie - elektronicznych markerów z możliwością definiowania własnych	TAK		Bez punktacji
139.	Interfejs DICOM : DICOM 3.0, Work List Manager(WLM), Print, Send, nagrywanie płyt CD dla pacjenta z przeglądarką zgodną z Dicom	TAK		Bez punktacji

140.	Przypisywanie własnych ustawień do programów anatomicznych	TAK		Bez punktacji
141.	Oprogramowanie do prowadzenia statystyk zdjęć wykonanych, odrzuconych, wg techników	TAK		Bez punktacji
142.	Dostęp do badań odrzuconych, min. 100 ostatnich, na aparacie z możliwością wysłania na inny serwer do celów kontroli jakości	TAK		Bez punktacji
143.	Wybór na zdjęciu obszaru zainteresowania o wymiarach min. 1x1cm z pomiarem średnich wartości pikseli na obszarze i odchylenia standardowego	TAK		Bez punktacji
144.	Automatyczne dodawanie do obrazu skali centymetrowej (na brzegu monitora) lub inna metoda pomiaru długości	TAK		Bez punktacji
145.	Funkcjonalność przywrócenia obrazu do pierwotnej postaci, cofnięcie wprowadzonych zmian wyglądu obrazu	TAK		Bez Punktacji
146.	Wydruk obrazów w trybie True Size z możliwością podziału na min. 1/2/4/8/12	TAK		Bez punktacji
147.	Wyswietlanie współczynnika ekspozycji zgodnie z IEC	TAK		Bez punktacji
148.	Wysyłanie sumarycznej dawki po zakończeniu badania	TAK		Bez punktacji
149.	Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na grupy wiekowe	TAK		Bez punktacji
150.	Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych i cewników - opcja dostępna w chwili składania oferty	TAK/NIE		NIE - 0 pkt TAK - 1 pkt
151.	Funkcja separacji (różnicowania) tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowana przy użyciu dwóch energii oparta na 2 ekspozycjach z dwoma energiami (ekspozycji niskoenergetycznej i wysokoenergetycznej) lub realizowanej podczas jednej ekspozycji przy użyciu dedykowanego oprogramowania	TAK/NIE		NIE - 0 pkt TAK - 1 pkt

152.	Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG.	TAK		Bez punktacji
153.	UPS do podtrzymania zasilania konsoli w przypadku braku napięcia	TAK		Bez punktacji
154.	Przetłoczenie góra-dół i pozytyw-negatyw	TAK		Bez punktacji
155.	Możliwość zmiany jasności i kontrastu	TAK		Bez punktacji
156.	Regulacja skali szarości wg. Histogramu	TAK		Bez punktacji
157.	Bezpieczny sposób zapisu obrazu	TAK		Bez punktacji
158.	Zgodność z DICOM 3.0	TAK		Bez punktacji
159.	Realizacja funkcjonalności DICOM Print, Worklist, MPPS, Store	TAK		Bez punktacji
CYFROWA PRYZYSTAWKA PANTOMOGRAFICZNA				
160.	Typ / Model	Podać		Bez punktacji
161.	Cyfrowe wykonywanie zdjęć pantomograficznych bezpośrednio do pamięci komputera.	TAK		Bez punktacji
162.	Wielopunktowy system pozycjonerów do pozycjonowanie pacjenta do badania	TAK		Bez punktacji
163.	Sterowanie parametrami pracy za pomocą komputera	TAK		Bez punktacji
164.	Minimalne napięcie radiografii	≤ 60 kV		Bez punktacji
165.	Maksymalne napięcie radiografii	≥ 90 kV		Bez punktacji

166.	Minimalny prąd lampy	≤ 2 mA		Bez punktacji
167.	Maksymalny prąd lampy	≥ 15 mA		Bez punktacji
168.	Minimalny czas ekspozycji	≤ 4 s		Bez punktacji
169.	Minimalny czas ekspozycji	≥ 14 s		Bez punktacji
170.	Wielkość ogniska (zgodnie z normą IEC 60336)	≤ 0,5 mm		Bez punktacji
171.	Pełna filtracja	≥ 2.5 mm Al		Bez punktacji
172.	Zmienna trajektoria ruchu głowicy	TAK		Bez punktacji
173.	Kompensacja kształtu żuchwy	TAK		Bez punktacji
174.	Kompensacja wad zgryzu	TAK		Bez punktacji
175.	Program badania dzieci	TAK		Bez punktacji
176.	Program pełnego pantomogramu	TAK		Bez punktacji
177.	Program wykonywania segmentów pantomogramu	TAK		Bez punktacji
178.	Program badania zatok szczękowych	TAK		Bez punktacji
179.	Program badania stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu i rozwarciu	TAK		Bez punktacji
180.	Brak linii laserowych do pozycjonowania pacjenta	TAK		Bez punktacji

181.	Pozycjonowanie pacjenta bez ustawiania linii kła	TAK		Bez punktacji
182.	Pozycjonowanie pacjenta w pozycji „twarzą w twarz” (bez użycia lusterka)	TAK		Bez punktacji
183.	Sensor w technologii CMOS	TAK		Bez punktacji
184.	Wielkość matrycy sensora	≥ 64 x 1312 pikseli		Bez punktacji
185.	Pole obranwania	≥ 6,4 x 131,2 mm		Bez punktacji
186.	Skala szarości	≥ 12 bitów		Bez punktacji
187.	Podział pacjentów na co najmniej 4 grupy w zależności od wielkości pacjenta	TAK, podać		Bez punktacji
188.	Zasilanie 230V 50 Hz	TAK		Bez punktacji
189.	Komputer dostosowany do potrzeb przystawki wraz z pełnym oprogramowaniem o bezterminowej licencji	TAK		Bez punktacji
190.	Oprogramowanie do przeglądania zdjęć na dowolną liczbę stanowisk	TAK		Bez punktacji
191.	Podłączenie przystawki do systemu RIS i PACS Zamawiającego	TAK		Bez punktacji

INNE WYMAGANIA

192.	Demontaż i utylizacja istniejącego w pracowni aparatu RTG	TAK		Bez punktacji
193.	Pełny zestaw kontroli jakości do pozwalający na wykonanie testów podstawowych zaferowanego aparatu	TAK		Bez punktacji
194.	Skonfigurowanie urządzenia do pracy z systemem PACS/RIS	TAK		Bez punktacji

195.	Wykonanie projektu instalacji aparatu; kanały, zasilanie elektryczne wraz z montażem aparatu.	TAK		Bez punktacji
196.	Wykonawca we własnym zakresie przystosuje pracownię RTG do potrzeb oferowanego aparatu RTG w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego funkcjonowania	TAK		Bez punktacji
197.	Wykonanie przez Wykonawcę odbiorczych testów akceptacyjnych, specjalistycznych i pomiarów dozymetrycznych	TAK		Bez punktacji
198.	Wykonawca dostarcza po wykonaniu instalacji sprzętu <ul style="list-style-type: none"> - karty gwarancyjne w języku polskim, - instrukcje użytkowania w języku polskim, - wykaz autoryzowanych serwisów, - paszporty techniczne urządzenia 	TAK		Bez punktacji
199.	Szkolenie w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i wyposażenia: <ul style="list-style-type: none"> - min. 2 dni szkoleniowe po 5 godzin 	TAK		Bez punktacji
200.	Przeglądy zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym (min. 1 raz w roku w okresie gwarancji)	TAK		Bez punktacji
201.	Czas reakcji serwisu (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): <ul style="list-style-type: none"> - kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne od zgłoszenia do 24 godzin 	TAK		Bez punktacji
202.	Usuwanie awarii zgodnie z zaleceniami i procedurami producenta	TAK		Bez punktacji
203.	Czas usunięcia usterki (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy): <ul style="list-style-type: none"> - bez sprowadzania części do 48 godzin. 	TAK		Bez punktacji

204.	Czas usunięcia usterki: - z koniecznością spowodowania części zamiennych do 10 dni roboczych (liczony w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy)	TAK	Bez punktacji
205.	Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres min. 10 lat po dacie odbioru Przedmiotu Zamówienia	TAK/podać	Bez punktacji
206.	Gwarancja na cały oferowany sprzęt minimum 24 miesiące	TAK, podać	Bez punktacji

1. Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenia są kompletne i będą po zainstalowaniu gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, poza materiałami eksploatacyjnymi.
2. Oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnienia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.
3. Wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie (aby oferta była ważna i spełniała wszystkie wymagania, we wszystkich pozycjach Dostawcy winien wpisać „TAK”, a tam gdzie jest wymagane dokładnie opisać operowane parametry oraz parametry liczbowe (min. lub \geq lub $>$ lub \leq lub $<$).
4. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

Zamawiający:

**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek**
ul. Tykocińska 34
03-545 Warszawa

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*
reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG”, prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

.....,

w następującym zakresie:

..... (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
ul. Tykocińska 34
03-545 Warszawa

Wykonawca:

.....

.....

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

.....

.....

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup cyfrowego aparatu RTG”, prowadzonego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy Pzp.

..... *(miejscowość)*, dnia r.

.....

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/yh podmiotu/tów, będącego/yh podwykonawcą/ami:

.....
.....

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek z siedzibą przy ul. Tykocińskiej 34, 03 – 545 Warszawa, KRS 0000407897, Regon: 145950090 NIP: 524-27-48-756 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Marcina Jakubowskiego – Dyrektora,

a, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (Art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) i wyborem najkorzystniejszej oferty, Strony postanowiły, co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z niezbędnym sprzętem oraz oprogramowaniem, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia, określonym szczegółowo w pkt III c SIWZ, szkolenie personelu medycznego, świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych.
2. Wykonawca oświadcza, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, w szczególności nie jest przedmiotem zastawu ani nie jest obciążony prawami osób trzecich.
3. Przedmiot umowy umieszczony zostanie w Przychodni Rejonowo – Specjalistyczna przy ul. Poborzańskiej 6 w Warszawie.

§ 2

Wartość Umowy

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu Umowy należność, w wysokości netto..... (słownie:) podatek VAT (słownie:). brutto (słownie:).
2. Całkowity koszt obejmuje wszystkie świadczenia przewidziane w § 1 ust. 1.

§ 3

Zapłata

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność, o której mowa w § 2 ust 1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest Protokół Zdawczo-Odbiorczy (bez uwag i zastrzeżeń), o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, przy czym termin płatności

dokonany będzie do dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

3. Za datę zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy w terminie do dnia licząc od daty podpisania Umowy.
2. Dokumentem potwierdzającym realizację Przedmiotu Umowy jest podpisany, bez uwag i zastrzeżeń, przez Strony Protokół Zdawczo-Odbiorczy.
3. Z ramienia Zamawiającego osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego jest p. Daniel Pergoł, tel. 22 518-26-47, e-mail: it@zoztargowek.waw.pl
4. Z ramienia Wykonawcy osobą upoważnioną do podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego jest – inżynier serwisu Wykonawcy, tel....., e-mail
5. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy imienną listę osób, które będą obsługiwać sprzęt i oprogramowanie, w celu przeszkolenia i umożliwić Wykonawcy przeprowadzenie szkolenia nie później niż w dniu podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego, a w razie gdyby szkolenie nie mogło się odbyć jednorazowo, przeprowadzenie dodatkowego szkolenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 5

Gwarancja i serwis

1. Gwarancja na zaoferowane urządzenie wynosi 24 miesiące licząc od daty podpisania Protokołu Zdawczo-Odbiorczego. W czasie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie będzie realizował interwencje serwisowe, w tym przeglądy techniczne zgodne z harmonogramem Producenta oferowanego sprzętu.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji i serwisu obejmuje sprawne, niezakłócone działanie sprzętu i jego wszystkich części.
3. Użytkowanie sprzętu w warunkach i w sposób niezgodny z instrukcją obsługi powoduje utratę roszczeń do naprawy gwarancyjnej, w takim zakresie, w jakim sprzęt lub jego część był użytkowany niezgodnie z instrukcją.
4. Dostęp serwisowy do sprzętu, w tym do jego oprogramowania, ma wyłącznie serwis wskazany przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń do Gwarancji.
5. W okresie i w ramach udzielonej Gwarancji Wykonawca lub serwis wskazany przez Wykonawcę przeprowadza wszystkie procedury serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta.
6. Siedziba serwisu Wykonawcy mieści się w przy ul., tel., fax, e-mail
7. Zgłoszenia serwisowe przyjmowane są w formie pisemnej, faksem lub na adres poczty elektronicznej, w dni robocze w godz. 9.00-17.00. Wpływ zgłoszenia po godzinie 17.00 oznacza jego wpływ w następnym dniu roboczym o godz. 9.00.

8. Potwierdzeniem wpływu Zgłoszenia jest zwrotna informacja skierowana niezwłocznie do Zamawiającego przez Wykonawcę w takiej samej formie, jak Zgłoszenie. W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi zgłoszenia w ciągu 2 godzin od daty wysłania, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało skutecznie dokonane po upływie 2-ch godzin od momentu jego wysłania.
9. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia zgłoszonej awarii lub błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z podstawowych funkcji systemu – max. 24 godziny (w dni robocze od poniedziałku do piątku). Za błąd krytyczny uznane zostają awarie całkowicie uniemożliwiające prowadzenie diagnozy badań pacjentów lub znacznie je utrudniające, w ten sposób, że otrzymane wyniki nie mają wartości diagnostycznej, w pracowniach diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system.
10. Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny) nieblokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 5 dni roboczych. Za błąd niekrytyczny uznane zostają usterki niepowodujące całkowitej blokady bieżącego funkcjonowania pracowni diagnostycznych eksploatujących zainstalowany system.
11. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usunięcia awarii i do dokonania naprawy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, ciągu 24 godzin licząc od wpływu Zgłoszenia w sposób wskazany w Umowie, za wyjątkiem przypadku określonego w ust. 13 i z wyłączeniem pkt 10 i 11.
12. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań naprawczych w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w terminie do 24 godzin od wpłynięcia Zgłoszenia.
13. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy w dni robocze, od poniedziałku do piątku, terminie do 48 godzin od momentu podjęcia działań naprawczych, z wyjątkiem konieczności sprowadzenia od producenta części zamiennych. W takim przypadku termin ten wydłuży się o czas dostawy nowych lub naprawy u producenta uszkodzonych podzespołów, nie dłuższy niż 10 dni roboczych licząc od wpływu Zgłoszenia. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy. W przypadku niedotrzymania ww. terminów naprawy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary w wysokości równej 0,1% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki w naprawie.
14. Niesprawność sprzętu objętego gwarancją lub jakiegokolwiek jego części przedłuża gwarancję o czas przestoju sprzętu liczony od 2. dnia roboczego przewidzianego na usunięcie awarii do ponownego uruchomienia sprzętu.
15. Sposób usuwania awarii jest zgodny z procedurami serwisowymi obowiązującymi autoryzowany serwis wskazany przez Wykonawcę.
16. Wykonawca gwarantuje dokumentowanie wykonanych czynności serwisowych, w szczególności pod postacią wpisów do paszportu technicznego sprzętu, pod warunkiem jego udostępnienia uprawnionemu pracownikowi serwisu realizującemu daną naprawę.
17. W razie odrzucenia przez Wykonawcę reklamacji Zamawiający może zażądać rozstrzygnięcia sporu przez niezależnych ekspertów, przy czym w razie nie dojścia

przez Strony do porozumienia, co do wyboru ekspertów, w terminie 7 dni od daty wystąpienia sporu. Zamawiający ma prawo sam powołać ekspertów i taka ekspertyza jest wiążąca dla Wykonawcy.

18. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W przypadku, gdy reklamacja Zamawiającego okazałaby się nieuzasadniona, koszty związane z jej uzyskaniem ponosi Zamawiający.
19. Wykonawca gwarantuje minimum dziesięcioletni okres dostępności do części zamiennych dla sprzętu.
20. Udzielenie gwarancji nie wyłącza możliwości realizacji uprawnień przez Zamawiającego z rękojmi.

§ 6

Poufność danych

1. Każda ze stron zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne lub tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 poz. 211) drugiej Strony, poznane w wyniku wzajemnej współpracy. Odpowiedzialność Stron za dochowanie tajemnicy obejmuje także zachowania ich pracowników i podwykonawców.
2. Na potrzeby umowy terminem „informacje poufne” określa się:
 - a) dane dotyczące infrastruktury technicznej Zamawiającego;
 - b) dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 - c) dane medyczne pacjentów SZPZLO Warszawa-Targówek;
 - d) wszelkie inne informacje oznaczone przez Strony, jako poufne.
3. Informacje poufne mogą zostać ujawnione osobom takim jak: członkowie kierownictwa, pracownicy, podwykonawcy przedstawiciele lub doradcy Stron otrzymujący i mający uzasadnioną potrzebę zapoznania się z nimi w celu realizacji niniejszej Umowy lub w związku z nią, oraz osobom w przypadku, których Strony ustaliły na piśmie możliwość otrzymywania informacji poufnych.
4. W przypadku uzyskania informacji o możliwości ujawnienia danych poufnych przez którąkolwiek ze Stron, należy podjąć zdecydowane działania na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego faktu.
5. Powyższe zobowiązanie zachowania poufności nie ma zastosowania do informacji, które są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż naruszenie niniejszego zobowiązania.
6. Zobowiązania Stron wynikające z niniejszej umowy będą wiążące przez 10 lat od podpisania Protokołu Zdawczo – Odbiorczego.

§ 7

Dostęp do zasobów IT

1. Podczas procesu instalacji oraz obsługi technicznej przedmiotu Umowy, w sytuacjach wymagających jakiegokolwiek dostępu do infrastruktury informatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się:
 - a) Uzyskiwać wgląd w informacje poufne wyłącznie, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy.
 - b) Ograniczyć rozpowszechnianie informacji poufnej w obrębie własnej organizacji, jedynie do osób, które muszą tą wiedzę posiadać w celu realizacji umowy.
 - c) Wykorzystywać informacje poufne jedynie do celu podjęcia działań, dostarczenia usługi.
 - d) Podjąć niezbędne działania, włączając w to odpowiednie umowy ze swoimi pracownikami oraz odpowiednie ich przeszkolenie, w celu umożliwienia wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Umowy.
 - e) W przypadku świadczenia usługi dostępu zdalnego za pośrednictwem infrastruktury informatycznej Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej imiennej listy osób upoważnionych do takiego działania, wraz z możliwością personalnej identyfikacji konkretnej osoby w momencie wykonywania prac.

§ 8

Pozostałe postanowienia

1. W przypadku opóźnień w realizacji Umowy Zamawiający może obciążyć go karą umowną w wysokości równej 0,2% wartości brutto umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od daty opóźnionego świadczenia.
2. W przypadku opóźnień w realizacji zapłaty za Przedmiot Umowy Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki.
3. Zapisy niniejszego paragrafu nie ograniczają prawa Stron do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Do umowy stosuje się wprost postanowienia zawarte w SIWZ, o ile nie zostały uregulowane w Umowie.
5. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych lub autorskich w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
7. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie wynikiłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
8. Dla kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy strony wskazują następujące dane teleadresowe:
 - a) dane Wykonawcy:

b) dane Zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, siedziba: ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa, tel. 225182641, fax 225182644, e-mail: sekretariat@zoztargowek.waw.pl.

9. Integralną część Umowy stanowi oferta Wykonawcy i specyfikacja techniczna sprzętu.

§ 9

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
ul. Tykocińska 34
03-545 Warszawa

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ DOSTAW I USŁUG
realizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatniego roku
(nie więcej niż 5)

L.p.	Zleceniodawca (Nazwa firmy i adres)	Okres wykonania	Wartość dostaw / robót	Adresy zrealizowanych zamówień

Na potwierdzenie powyższego załączamy szt. dokumentów potwierdzających, że dostawy / usługi te zostały wykonane należycie.

....., dnia 2020 r.

.....
czytelny podpis lub podpis z pieczętką imienną
osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)
do reprezentowania Wykonawcy