



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek



SZPZLO W-T 83/2020

Warszawa, dn. 21.05.2020 r.

Zamówienia publiczne

Wyjaśnienia do SIWZ 3/2020/ZP

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
3/2020/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup cyfrowego aparatu RTG

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

Dotyczy: załącznik nr 1 - Formularzy Ofertowy

Czy, z uwagi na Dotyczy: załącznik nr 1A - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW pkt 55 oraz 88

Czy Zamawiający w ramach punktów 55 „Autopozycjonowanie kolumny z lampą do zadanej odległości SID (lampa rtg – detektor w stole)” oraz 88 „Autopozycjonowanie kolumny z lampą do punktu centralnego Bucky” wymaga wyłącznie funkcji nadążności pionowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga funkcji nadążności pionowej. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza urządzenia wyposażone w nadążność pionową i poziomą.

DYREKTOR

Marcin Pakubowski



MIEJSCE
PRZYJAZNE
SENIOROM
2016

firmary 2017
DODATKOWY POKRYTYCIE

ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Sekretariat tel. 22 518 26 41, fax 22 518 26 44
e-mail: sekretariat@zostargowek.waw.pl, www.zostargowek.waw.pl
NIP 524-27-48-756, Regon: 145950090
konto: PEKAO S.A. 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094

 ISO 9001
LL-C (Certification)

 ISO 27001
LL-C (Certification)

 ISO 14001
LL-C (Certification)