



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek



SZPZLO W-T 86/2020

Warszawa, dn. 21.05.2020 r.

Zamówienia publiczne

Wyjaśnienia do SIWZ 3/2020/ZP

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
3/2020/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup cyfrowego aparatu RTG

Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Pytanie 1

Dotyczy: załącznik nr 1A - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW pkt 169

Prosimy o usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej.

Jest:

169.	Minimalny czas ekspozycji	≥ 14 s		Bez punktacji
------	---------------------------	-------------	--	---------------

Powinno być

169.	Maksymalny czas ekspozycji	≤ 14 s		Bez punktacji
------	----------------------------	-------------	--	---------------

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający usuwa oczywistą omyłkę pisarską.

Punkt 169 Zestawienia parametrów technicznych i warunków uzyskuje brzmienie:

169.	<i>Maksymalny czas ekspozycji</i>	<i>≤ 14 s</i>		<i>Bez punktacji</i>
------	--	--------------------------------------	--	-----------------------------

DYREKTOR

Marcin Jabłoński



MIEJSCE
PRZYJAZNE
SENIOROM
2016

FIRMAROKU 2017
OGÓLNOPOLSKI FLEBISCYT

ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Sekretariat tel. 22 518 26 41, fax 22 518 26 44
e-mail: sekretariat@zotargowek.waw.pl, www.zotargowek.waw.pl
NIP 524-27-48-756, Regon: 145950090
konto: PEKAO S.A. 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094

