



Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek



SZPZLO W-T 216/2018

Warszawa, 30.11.2018 r.

W odpowiedzi na otrzymane pismo Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek przekazuje wyjaśnienia dotyczące konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu badań diagnostyki laboratoryjnej:

108. Glukoza - profil dobowy (ICD9:L43)

Ile oznaczeń glukozy Zamawiający będzie zlecał w ramach profilu dobowego?

Odpowiedź Zamawiającego: według zlecenia lekarza wystawiającego skierowanie.

112. Glukoza-krzywa obciążeniowa (ICD9:L43)

Ile oznaczeń glukozy Zamawiający będzie zlecał w ramach krzywej obciążeniowej?

Odpowiedź Zamawiającego: według zlecenia lekarza wystawiającego skierowanie.

119. HCG+B (ICD9:L47)

Proszę o sprecyzowanie badania

Odpowiedź Zamawiającego: Beta HCG. Hormon gonadotropiny kosmówkowej produkowany w kosmówce łożyska.

236. Płytki manualnie EDTA (ICD9:C66)

Prosimy o dopuszczenie metody automatycznej

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na fakt, iż rozmaz ręczny jest metodą testu diagnostycznego, używaną w celu dokładniejszego zbadania krwinek, Zamawiający wymaga metody manualnej.

247. Posiew (ICD9:91.831)

Prosimy o sprecyzowanie badania jakiego posiewu dotyczy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Powyższa pozycja dotyczy badania materiału na posiew inny, niż określony w tabeli zawierającej badania laboratoryjne.

259. Posiew na beztlenowce (ICD9:91.39)

Prosimy o sprecyzowanie badania jakiego posiewu dotyczy ?

Odpowiedź Zamawiającego: Powyższa pozycja dotyczy badania materiału na posiew inny, niż określony w tabeli zawierającej badania laboratoryjne.



MIEJSCE
PRZYJAZNE
SENIOROM
2017

Firmaroku 2017
OGÓLNOPOLSKI ERISCT

ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Sekretariat tel. 22 518 26 41, fax 22 518 26 44
e-mail: sekretariat@zoztargowek.waw.pl, www.zoztargowek.waw.pl
NIP 524-27-48-756, Regon: 145950090
konto: PEKAO S.A. 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094



284.	Retikulocyty met. manualna (ICD9:C69)
------	---------------------------------------

Prosimy o dopuszczenie metody automatycznej

Odpowiedź Zamawiającego: Z uwagi na fakt, iż rozmaz ręczny jest metodą testu diagnostycznego, używaną w celu dokładniejszego zbadania krwinek, Zamawiający wymaga metody manualnej.

297.	Toxoplasma gondii IgG met.ECLIA - test na awidność (ICD9:X49)
------	---

Prosimy o dopuszczenie metody Immunoenzymofluorescencyjnej

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza każdą metodę za pomocą której zostanie wykonany test na awidność.

Prosimy o uszczegółowienie zagadnień dotyczących integracji :

- kto jest producentem systemu do elektronicznego przesyłania badań

Odpowiedź Zamawiającego: Producentem systemu jest Atende Medica.

- Jak nazywa się system do elektronicznego przesyłania badań

Odpowiedź Zamawiającego: Nazwa systemu: Medicus On Line

- jaki czas jest przewidziany na integrację pomiędzy systemem zamawiającego i oferenta

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, że integracja zostanie ukończona do 24 godzin od dnia obowiązywania umowy.

- Czy zamawiający posiada wszelkie niezbędne licencje i moduły systemu do przeprowadzenia integracji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający posiada wszelkie niezbędne licencje i moduły systemu do przeprowadzenia integracji.

Prosimy o potwierdzenie, iż oferent może zaoferować inne panele Polycheck.

Polycheck jest nowoczesnym testem służącym do oznaczania przeciwciał w surowicy krwi pacjentów, wykorzystywany przy diagnostyce chorób alergicznych lub autoimmunologicznych.

Zalety testów Polycheck:

- oznaczenie ilościowe w systemie panelowym,
- każdy test posiada 5 kontroli jakości wykonania,
- 5-cio punktowa krzywa kalibracyjna, wykonywana do każdego testu indywidualnie,
- czułość wynosi 92,3 %, swoistość 93,6 %.

Panele Zamawiającego

220.	Panel pediatryczny (27 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
221.	Panel pediatryczny wziewny (20 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
222.	Panel pokarmowy - mąka i mięso (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
223.	Panel pokarmowy - nabiał i orzechy (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
224.	Panel pokarmowy - owoce (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
225.	Panel pokarmowy - warzywa (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
226.	Panel pokarmowy (20 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)

227.	Panel TP9 (T2,T3,T4,T7,T12) Olsza, Brzoza, Leszczyna, Dąb biały, Wierzba (ICD9:L91)
228.	Panel wziewny - alergeny domowe (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
229.	Panel wziewny - drzewa (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
230.	Panel wziewny - trawy i chwasty (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
231.	Panel wziewny - zwierzęta (10 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)
232.	Panel wziewny (20 Alergenów) - IgE spec. (ICD9:L91)

Zastąpić panelami Oferenta np.

PN1WZ10	Panel alergenów wziewnych I - 10 alergenów metodą Polycheck
PN2WZ10	Panel alergenów wziewnych II - 10 alergenów metodą Polycheck
PN3PO10	Panel alergenów pokarmowych III - 10 alergenów metodą Polycheck (L91)
PN4PO10	Panel alergenów pokarmowych IV - 10 alergenów metodą Polycheck
PNANT10	Panel alergenów - antybiotyki - 10 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNATO20	Panel alergenów atopowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNATO30	Panel alergenów atopowych - 30 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNINSE5	Panel alergenów Insektów - 5 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNMLEK5	Panel alergenów Mleka - 5 alergenów mleka + gluten metodą Polycheck (L91)
PNPED20	Panel alergenów pediatrycznych -20 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNPOK20	Panel alergenów pokarmowych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNPOK30	Panel alergenów pokarmowych - 30 alergenów metodą Polycheck
PNREK6	Panel rekombinantów pyłków - 6 alergenów met. Polycheck (L91)
PNWZ10	Panel alergenów wziewnych III - 10 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNWZ20	Panel alergenów wziewnych - 20 alergenów metodą Polycheck (L91)
PNWZ30	Panel alergenów wziewnych - 30 alergenów metodą Polycheck

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje, że panele alergenów będą zawierały alergeny wymienione przez Zamawiającego.

DYREKTOR

 Marcin Jakubowski