



SZPZLO W-T
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia do SWZ 1/2023/ZP

Warszawa, dn. 23.02.2023 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator postępowania ocds-148610-6bcb2cc3-9e46-11ed-9236-36fed59ea7dd) 1/2023/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup aparatu RTG kostno-płucnego

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

SWZ, Rozdział IV, pkt. 1

Prosimy o potwierdzenie, że aparat RTG zostanie zintegrowany z systemem HIS Medicus On-Line firmy CloudiMed?

Prosimy również o potwierdzenie, że koszt integracji z systemem ponosi dostawca aparatu RTG.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający oczekuje możliwości rejestracji pacjenta na badanie RTG oraz dostępu do opisów wykonywanych badań w systemie Medicus On-Line firmy CloudiMed.

Koszt integracji ponosi Wykonawca.

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Marcin Jakubowski