



SZPZLO W B-T
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia do SWZ 11/2023/ZP

Warszawa, dn. 11.12.2023 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator postępowania ocds-148610-fcf0092f-9439-11ee-9ee7-e2087ac16d09) 11/2023/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną i dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem medycznym dla SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji nie punktowanego do 90 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga terminu realizacji zamówienia do 60 dni.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga 4 opon zimowych.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający wymaga 4 opon zimowych i 4 opon letnich.

Pytanie 3

Dotyczy załącznik nr 2 – z uwagi na fotel kardiologiczny na prawej ścianie – prosimy o dopuszczenie prawej ściany bez półek podsufitowych aby się nie uderzyć.



Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza prawej ściany bez półek podsufitowych.

Pytanie 4

Dotyczy załącznik nr 2 – z uwagi, iż między przedziałem a kabiną kierowcy nie ma drzwi – prosimy o usunięcie funkcji na panelu – informacja o braku możliwości odpalenia samochodu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałami.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie funkcji na panelu – informacja o braku możliwości odpalenia samochodu z powodu otwartych drzwi pomiędzy przedziałami.

Pytanie 5

Dotyczy załącznik nr 2 – czy Zamawiający wymaga dodatkowych sygnałów pneumatycznych – jeśli nie – prosimy o rezygnację funkcji sterowania z panelu sterowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dodatkowych sygnałów pneumatycznych.

Pytanie 6

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o dopuszczenie fotela na ścianie działowej tyłem do kierunku jazdy z pasem dwupunktowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza fotel na ścianie działowej tyłem do kierunku jazdy z pasem dwupunktowym.

Pytanie 7

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż w przedziale medycznym ma znajdować się jedno miejsce na ścianie działowej, jedno na prawej ścianie oraz fotel kardiologiczny na prawej ścianie – w sumie 3 miejsca siedzące + miejsce leżące na noszach.

Odpowiedź Zamawiającego: W przedziale medycznym ma znajdować się jedno miejsce na ścianie działowej oraz jedno miejsce na prawej ścianie, jedno na fotel kardiologiczny po prawej stronie – trzy miejsca siedzące + miejsce leżące na noszach.

Pytanie 8

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o dopuszczenie czterech gniazd a nie 9 – 12V na ścianie lewej co jest standardem w ambulansie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cztery gniazda – 12V na ścianie lewej.



**Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów
Lecznictwa Otwartego
Warszawa Białoleka-Targówek**



podmiot leczniczy
miasta stołecznego
Warszawy

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o dopuszczenie dostawy dodatkowych pasów do sprzętu luzem – aby Zamawiający mógł sam w razie potrzeby je zamontować w dogodnym miejscu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dodatkowe pasy do sprzętu luzem.

Pytanie 10

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o wyjaśnienie – Zamawiający wymaga dwóch krzesełek oraz fotela kardiologicznego, prosimy o potwierdzenie, iż w ambulansie będą przewożone maksymalnie fotel i jedno krzeselko – z uwagi na ilość miejsca i zabudowę – kolejnego nie ma już gdzie zamontować.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga krzeselka kardiologicznego, krzeselka typu schodołaz (transportowego) oraz fotela kardiologicznego.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga gwarancji na 5 lat lub 200 tys. km w zależności co nastąpi wcześniej łącznie z kosztami przeglądów bazówki, zabudowy oraz sprzętu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga gwarancji na 5 lat lub 200 tys. Km, w zależności co nastąpi wcześniej, łącznie z kosztami przeglądów bazówki, zabudowy oraz sprzętu medycznego.

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

Marcin Jakubowski



ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Sekretariat tel. 22 518 26 41
e-mail: sekretariat@zozbt.waw.pl, www.zozbt.waw.pl
NIP 524-27-48-756, REGON: 145950090
konto: PEKAO S.A. 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094

