

WYJAŚNIENIE I ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator postępowania ocids-148610-2cc933ce-bc46-11ee-b7da-22bd761ba7f3) 3/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną i dostawa ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem medycznym dla SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Czy ambulans będzie przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, ambulans będzie przeznaczony do działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Pytanie 2

Czy użytkownik końcowy jest podmiotem leczniczym wpisanym do odpowiedniego rejestru?

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, użytkownik końcowy jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego. Nr księgi rejestrowej 000000026789.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza fabryczny zestaw naprawczy dedykowany do tego modelu samochodu, zamiast koła zapasowego ?

W ten sposób ambulans ma niższą masę, co obniża zużycie paliwa.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza fabryczny zestaw naprawczy dedykowany do odpowiedniego modelu samochodu, zamiast koła zapasowego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy, tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną. Zamawiający podczas odbioru oczekuje gruntownego szkolenia personelu z zakresu obsługi ambulansu i jego wyposażenia.

Pytanie 5

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach? Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu na kołach.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE ?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów określa kilka procedur w wyniku których, organ udzielający homologacji zaświadcza, że dany pojazd jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymogami technicznymi i może być dopuszczony do ruchu. Rozporządzenie wymienia(....) m.in. „homologację typu całego pojazdu”, „homologację typu UE”, „indywidualne dopuszczenie pojazdu”, itd.

We wszystkich procedurach wymogiem jest przeprowadzenie wszystkich badań na zgodność z normą PNEN1789.

Wyjaśniamy, że dokumentami równoważnymi umożliwiającymi rejestrację ambulansu, jako pojazd specjalny sanitarny uprzywilejowany zgodnie z wymogami prawa jest dopuszczenie jednostkowe WE dopuszczenie jednostkowe wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru technicznego lub badanie techniczne z dopuszczeniem ze stacji diagnostycznej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza ambulans posiadający homologację pojazdu kompletnego oraz inne równoważne dokumenty dopuszczające do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie PL oraz UE.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że wyposażenie medyczne ma być zgodne z wymogami normy PN EN 1865 ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, że wyposażenie medyczne być zgodne w wymogami normy PNEN 1865.

Pytanie 8

Prosimy wyrażenie zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.03.2024 r. Wyjaśniamy, że prośba jest spowodowana absencją pracowników u naszych partnerów zajmujących się finansowaniem oraz dłuższymi procedurami decyzyjnymi w wymienionych firmach.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 21.03.2024 r. Tym samym: termin składania ofert 21.03.2024 godz. 12:00, termin otwarcia ofert 21.03.2024 godz. 12:30.

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek

Marcin Jakubowski