

WYJAŚNIENIE I ZMIANA
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator
postępowania ocds-148610-2cc933ce-bc46-11ee-b7da-22bd761ba7f3)
3/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

Zakup w formie leasingu z pełną obsługą gwarancyjną i dostawa
ambulansu medycznego typu B wraz z wyposażeniem medycznym dla
SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białołęka-Targówek udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt I, 2 – prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga 4 opon zimowych.

Odpowiedź Zamawiającego: TAK, Zamawiający wymaga 4 opon zimowych i 4 opon letnich.

Pytanie 2

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 1 – z uwagi na fotel kardiologiczny na prawej ścianie – prosimy o dopuszczenie prawej ściany bez półek podsufitowych aby się nie uderzyć.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza prawej ściany bez półek podsufitowych.

Pytanie 3

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 1 – czy Zamawiający wymaga dodatkowych sygnałów pneumatycznych – jeśli nie – prosimy o rezygnację funkcji sterowania z panelu sterowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga dodatkowych sygnałów pneumatycznych.

Pytanie 4

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 1 – prosimy o dopuszczenie fotela na ścianie działowej tyłem do kierunku jazdy z pasem dwupunktowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza fotel na ścianie działowej tyłem do kierunku jazdy z pasem dwupunktowym.

Pytanie 5

Dotyczy załącznik nr 2 – prosimy o potwierdzenie, iż w przedziale medycznym ma znajdować się jedno miejsce na ścianie działowej, jedno na prawej ścianie oraz fotel kardiologiczny na prawej ścianie – w sumie 3 miejsca siedzące + miejsce leżące na noszach.

Odpowiedź Zamawiającego: W przedziale medycznym ma znajdować się jedno miejsce na ścianie działowej oraz jedno miejsce na prawej ścianie, jedno na fotel kardiologiczny po prawej stronie – trzy miejsca siedzące + miejsce leżące na noszach.

Pytanie 6

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 3 – prosimy o dopuszczenie czterech gniazd a nie 9 – 12V na ścianie lewej, co jest standardem w ambulansie.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza cztery gniazda – 12V na ścianie lewej.

Pytanie 7

Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu użytkowanego przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego uchwyty i instalacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Radiotelefon użytkowany przez Zamawiającego: typ / model: GM360, nazwa sprzętu: radiotelefon Motorola.

Pytanie 8

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 10 – prosimy o dopuszczenie dostawy dodatkowych pasów do sprzętu luzem – aby Zamawiający mógł sam w razie potrzeby je zamontować w dogodnym miejscu.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dodatkowe pasy do sprzętu luzem.

Pytanie 9

Dotyczy załącznik nr 2 do SWZ, punkt II, 11 – prosimy o wyjaśnienie – Zamawiający wymaga dwóch krzesełek oraz fotela kardiologicznego, prosimy o potwierdzenie, iż w ambulansie będą przewożone maksymalnie fotel i jedno krzesełko – z uwagi na ilość miejsca i zabudowę – kolejnego nie ma już gdzie zamontować.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga krzesełka kardiologicznego, krzesełka typu schodołaz (transportowego) oraz fotela kardiologicznego.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga gwarancji na 5 lat lub 200 tys. km w zależności co nastąpi wcześniej łącznie z kosztami przeglądów bazy, zabudowy oraz sprzętu medycznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga gwarancji na 5 lat lub 200 tys. Km, w zależności co nastąpi wcześniej, łącznie z kosztami przeglądów bazy, zabudowy oraz sprzętu medycznego.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga wliczenia przeglądów zabudowy przedziału medycznego w cenę oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga wliczenia przeglądów zabudowy przedziału medycznego w cenę oferty.

Dyrektor

SZPZLO Warszawa Białołęka-Targówek

Marcin Jakubowski